PACK 1

L 103 mm X H 280 mm X P 87 mm

THUASNE

Manuvario

Tour de poignet

1	13 - 15 cm
2	15,5 - 17,5 cm
3	18 - 20 cm
4	20,5 - 23 cm

THUASNE

Manuvario

Immobilisation

THUASNE

Manuvario

Attelle d'immobilisation du poignet évolutive

IMMOBILISATION POSTOPÉRATOIRE/POST-TRAUMATIQUE

THUASNE

1847

Mode d'emploi/Mise en place
Les pictogrammes sont déterminés en fonction de la prescription par le professionnel de santé et ne constituent pas une ordonnance. Ne pas consulter sans consultation de ce dernier.
Lors d'une lésion palmaire, ne pas utiliser la position en extension du poignet.
Lors d'une lésion en extension, ne pas utiliser les positions en flexion du poignet.

Position en extension du poignet (de l'articulation radio-carpienne).

Position en flexion du poignet (de l'articulation radio-carpienne).

Position en flexion du poignet (de l'articulation radio-carpienne) et inclinaison cubitale.

Pour installer les baleines : ouvrir les auto-agripparts en bas de l'attelle ❶. Retirer les baleines. Choisir la paire de baleines en fonction de la pathologie traitée. Enfiler l'attelle à l'intérieur du cache-baleine en laisant en sorte que le pictogramme soit visible ❷.

Ces pictogrammes désignent les attelles palmaires (sous la main).

Ces pictogrammes désignent les attelles dorsales (sur la main).

Ouvrir l'attelle et positionner le poignet à l'intérieur du produit.
Fermer les sangles en suivant l'ordre de numérotation des sangles (1 point, 2 points, 3 points).





www.thuasne.com

THUASNE

Manuvario

Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Description/Destination
Ce dispositif est une attelle de poignet permettant l'immobilisation de l'articulation.
Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées et dans les plages de mesures/valeurs corrélées du tableau de tailles.

Composition
Polyamide - polyester - coton - élasthanne - polyuréthane - polyoxyméthylène - aluminium- caoutchouc

Propriétés/Mode d'action
Immobilisation du poignet grâce à une baleine palmaire rigide, anatomique et contournable. Baleine dorsale.
Tissu intérieur aéré.
Possibilité d'immobiliser dans 3 positions différentes.
Manuvario est livré avec une paire de baleines permettant d'immobiliser le poignet en extension ou en flexion palmaire.
Vous pouvez commander, en pièces détachées, un kit contenant 2 paires de baleines :
-baleines immobilisant le poignet en flexion (bleu radio-opaque) le poignet en flexion et inclinaison (flexion palmaire et inclinaison cubitale).

Indications
Entorses du poignet.
Fracture non chirurgicale du poignet.
Fracture non chirurgicale du scaphoïde.
Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire du poignet.
Tendinopathies du poignet.
Epicondylite latérale.
Arthrite rhumatoïde.
Traitement conservateur du syndrome du canal carpien.
Déficits neuro-musculaires (contractures, chaînon lombaire, spasticité...).

Contre-indications
Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Précautions
Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.
Il est recommandé qu'un professionnel de santé supervise le premier application et le maintien du produit, conformément à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.
En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur de variation du volume du membre, de sensations anormales ou de changement de couleur des extrémités, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.
Ne pas utiliser le produit de manière prolongée pour un autre patient.
Ne pas utiliser le dispositif en cas d'application de certains produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, ...).
Il est recommandé de porter de manière adéquate le dispositif afin d'assurer un maintien/une immobilisation sans limitation de la circulation sanguine.

Effets secondaires indésirables
Ce dispositif peut entrainer des réactions brûlures, cloques,) Voire des plaies de sévérités variables.
Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Entretien
Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage. Enlever les baleines métalliques avant lavage. Ne pas utiliser de détergents adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Essorer par pression. Sécher à plat. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage
Stocker à température ambiante, de préférence dans emballage d'origine.

Élimination
Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.
Premier marquage CE: 2010
Conserver ces instructions d'utilisation.

CE

THUASNE
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
France

© Studio Caterin

40

MD Dispositif médical

Un seul patient - à usage multiple

FSC MIXTE Emballage FACTICE

F FRANCE ONLY

Thuasne SAS – SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 – capital 1 950 000 euros
120, rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret (France)

© Thuasne - 6494201 (2021-04)